

Протокол об итогах №6
«Тендера по закупу медицинских респираторов, класс защиты FFP3 с клапаном на 2024 год»

г. Атырау

«24» октября 2024 года

«15» часов «00» минут

1. Тендерная комиссия в составе:

№	Ф.ИО.	Должность	Роль в комиссии
1	Бекболатова Г.С.	И.о. директора	Председатель комиссии
2	Курасова Ж.А.	Зав. аптекой	Член комиссии
3	Абдрахманова Д.Ж.	юрист	Член комиссии
4	Кабдолов А.Б.	Специалист по государственным закупкам	Секретарь тендерной комиссии

2. В соответствии Тендерной документации по закупу товара, выделенная сумма – **13 500 000,00** (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге 00 тиын. Описание и требуемые качественные характеристики закупаемого товара, согласно Приложению 1 к настоящей Тендерной документации.

3. Заявки на участие в тендере, представленные потенциальными поставщиками до истечения окончательного срока представления заявок (до 13:00 часов 17.10.2024 года):

№	Полное наименование потенциальных поставщиков	Юридический адрес потенциальных поставщиков	Дата и время представления тендерных заявок
1	ТОО «DARIS Group»	Акмолинская область, Шортандинский район, п.Шортанды, ул.Пионерская, дом 7. Тел.: 8 778 547 47 47. E-mail: info@darisgroup.kz	10.10.2024 г., 14:30ч.
2	ТОО «Medical Active Group»	РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Российская, дом 6	16.10.2024 г., 10:10 ч

4. Комиссия оценивает и сопоставляет ценовые предложения, принятые для участия в закупе, определяет выигравшую заявку на основе самой низкой цены при соответствии требований технической спецификации. Указанной в тендерной документации.

5. Цена каждой тендерной заявки:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Лот №1 цена за ед.
1	ТОО «DARIS Group»	1333
2	ТОО «Medical Active Group»	810

6. При осуществлении оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальными поставщиками, Тендерная комиссия выявила следующие нарушения:

1. ТОО «Medical Active Group»:

1.1. Тендерная заявка пронумеровано не по форме (пронумеровано листами).

1.2. Заявка на участие в тендер заполнена не по форме согласно Приложению №2 к приказу Министра Здравоохранения РК от.12.11.2021г. №ҚР ДСМ-113 (Отсутствует подробное описание МИ)

1.3. Согласно тендерной документации отсутствует протоколы лабораторных испытаний: на определение устойчивости к проникновению синтетической крови (брызгоустойчивости) – медицинский респиратор должен быть устойчив к проникновению брызг биологических жидкостей при давлении;

1.4. Согласно тендерной документации отсутствует протоколы лабораторных испытаний на определение микробиологической чистоты (бионагрузки) – отсутствие популяций жизнеспособных микроорганизмов на респираторе;

- 1.5. Согласно тендерной документации отсутствует протоколы лабораторных испытаний: на определение эффективности бактериальной фильтрации – эффективность материалов медицинского респиратора как барьера для проникновения бактерий;
- 1.6. Согласно тендерной документации отсутствует протоколы лабораторных испытаний: на определение эффективности фильтрации твердых латексных частиц материалов – эффективность материалов медицинского респиратора как барьера для проникновения вирусов.

Тендерная комиссия решила:

1. Отклонить тендерную заявку **ТОО «Medical Active Group»**, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Российская, дом 6, согласно подпункту 7) пункта 62 Параграфа 4 Главы 2 - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил;
2. Согласно **пункту 66** «В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил». **ТОО «DARIS Group»**. Акмолинская область, Шортандинский район, п.Шортанды, ул.Пионерская, дом 7.

Лот №1. «Медицинских респираторов, класс защиты FFP3 с клапаном на сумму 13 330 000 (тринадцать миллионов триста тридцать тысяча) тенге 00 тиын.

Заказчику в срок в течении 5 календарных дней заключить договор о закупках.

Наименование и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя – отсутствует.

Экспертная комиссия не привлекалась.

За данное решение проголосовали:

ЗА - 3 голоса (_____)

ПРОТИВ – 0 голосов.

Председатель тендерной комиссии:

Член тендерной комиссии:

Член тендерной комиссии:

Секретарь тендерной комиссии:

